

## Certificat d'analyse Certificate of Analysis

Produit / Product:

HUMASK Pro-2000

Niveau / Level:

Spécifications / Specifications:

ASTM F2100-19

2

Test	Méthode / Method	Spécification / Specification	Résultat / Result
Efficacité de filtration bactérienne (BFE), % <i>Bacterial filtration efficiency (BFE), % *</i>	ASTM F2101	≥ 98	Conforme
Efficacité de filtration des particules (PFE), % <i>Particulate filtration efficiency (PFE), % *</i>	ASTM F2299	≥ 98	Conforme
Résistance aux fluides sanguins (mmHg) <i>Splash Resistance (mmHg) *</i>	ASTM F1862	120	Conforme
Différentiel de pression $\Delta P$ (mmH <sub>2</sub> O/cm <sup>2</sup> ) <i>Pressure differential (mmH<sub>2</sub>O/cm<sup>2</sup>) <math>\Delta P</math> *</i>	MIL-M-36954C	< 6.0	Conforme
Inflammabilité <i>Flammability *</i>	16 CFR PART 1610	Classe 1	Conforme

\* Résultats retranscrits / *transcribed results*



**Normand Robichaud, M.Sc., Mcb.A., RM(CCM)**  
Consultant, Affaires réglementaires  
*Regulatory compliance consultant*

**2020-05-13**  
Date